

Σας ενημερώνουμε ότι οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές ακτινολογικών φιλμ ξηράς εκτύπωσης CPV: 32354100-0 είναι οι παρακάτω :

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία
2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα πρέπει να προκύπτουν επίσημα από την προμηθευτήρια εταιρεία, μέσω έντυπου φυλλαδίου.
3. Να είναι ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλα προς επεξεργασία και απεικόνιση για εκτυπωτή DRYVIEW
4. Να είναι μονής επίστρωσης.
5. Για κάθε τύπο προσφερόμενου φιλμ, θα πρέπει να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια με όλα τα φωτογραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση των φιλμ.
6. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ικανοποιητική σκιαγραφική αντίθεση(contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες των εξεταζόμενων περιοχών.
7. Να Καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα(π.χ. ISO,CE και πιστοποιητικά διακίνησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.
8. Τα είδη και οι διαστάσεις των φιλμ θα πρέπει να είναι συμβατά με τις υπάρχουσες ξηρογραφικές κάμερες που ήδη υπάρχουν στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας, δηλαδή: Dryview 5950 Laser Imager 6850

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 125 ΦΥΛΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 X 12(25 X 30 εκ)

280 X 125= 35.000 ΦΥΛΛΑ

280 X 109,75 =30.730 ΕΥΡΩ

ΦΠΑ X 24% 7.375,2

38.105,2

9. Να διαθέτουν σήμανση CE

10. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

11. Οι εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
12. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή σε άριστη κατάσταση και με άθικτη σφράγιση.
13. Να αναγράφεται ευκρινώς επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
14. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
15. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση για την περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση
Των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
16. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του κατασκευαστικού οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στην προσφορά.
17. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης πριν από την χρήση
18. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης μετά την εκτύπωση
19. Να αναφέρεται η διάρκεια ζωής μετά την χρήση
20. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ετοιμοπαράδοτα φιλμ για την άμεση διάθεση τους, εντός λίγων ημερών (5-7 ημέρες) από την ημερομηνία της παραγγελίας, βάσει της εκτίμησης ανάλωσης τους ανά τρίμηνο από το νοσοκομείο. Η δυνατότητα της άμεσης διάθεσης των φιλμ θα εξασφαλίζεται με
Έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή.
21. Να κατατεθεί δείγμα.
22. Να μην μεταβάλλεται η ποιότητα από παρτίδα σε παρτίδα